

Zkušební přístroj momentu víčka MTT03C-100E

| | |
|--------------------|-------------|
| Obj. číslo: | 106001892 |
| Dostupnost: | 4 - 7 týdnů |



Popis

Digitální zkušební přístroj momentu určený k měření momentu víčka. Kapacita přístroje 1150,0 Ncm (100 lbFin), rozlišení 1,0 Ncm (0,1 lbFin).

Obsah balení

Zkušební přístroj momentu MTT03C-xxE.

Nástroj pro uchopení víčka G1053.

Transportní kufřík.

AC adaptér 220 V.

Baterie.

Stručný návod k obsluze.

Skříňdlo.

USB kabel.

Zdrojové CD (ovladač USB, software MESURTM Lite, DEMO verze software MESURTMgauge, uživatelská příručka).

NIST certifikát kalibrace (data jsou k dispozici za příplatek).

Technická data

| Název parametru | Hodnota |
|--------------------------------|-------------------|
| Provedení měřiče | digitální |
| Typ zkušebního přístroje | měření momentu |
| Vzorkovací kmitočet | 2000 Hz |
| Přesnost | ± 0.5 % |
| Výstupy | USB |
| Kapacita momentových přístrojů | 1150 Ncm |
| Rozlišení | 1 Ncm |
| Jednotky měření | Ncm, ozFin, lbFin |
| Hmotnost | 0.8 kg |