

Zkušební přístroj momentu víčka MTT03C-12E

Obj. číslo:	106001026
Dostupnost:	4 - 7 týdnů



Popis

Digitální zkušební přístroj momentu určený k měření momentu víčka. Kapacita přístroje 135,0 Ncm (12 lbFin), rozlišení 0,1 Ncm (0,01 lbFin).

Obsah balení

Zkušební přístroj momentu MTT03C-xxE.

Nástroj pro uchopení víčka G1053.

Transportní kufřík.

AC adaptér 220 V.

Baterie.

Stručný návod k obsluze.

Skříňdlo.

USB kabel.

Zdrojové CD (ovladač USB, software MESURTM Lite, DEMO verze software MESURTMgauge, uživatelská příručka).

NIST certifikát kalibrace (data jsou k dispozici za příplatek).

Technická data

Název parametru	Hodnota
Provedení měřiče	digitální
Typ zkušebního přístroje	měření momentu
Vzorkovací kmitočet	2000 Hz
Přesnost	± 0.5 %
Výstupy	USB
Kapacita momentových přístrojů	135.0 Ncm
Rozlišení	0.1 Ncm
Jednotky měření	Ncm, ozFin, lbFin
Hmotnost	1 kg