

### Zkušební přístroj síly M3-025E

<b>Obj. číslo:</b>	106000975
<b>Dostupnost:</b>	4 - 7 týdnů



#### Popis

Digitální zkušební přístroj síly určený k testování tahových a tlakových sil. Kapacita přístroje 1,0 N (0,25 lbF), rozlišení 0,001 N (0,0002 lbF).

#### Video

<https://www.abetec.cz/eshop/product/zkusebni-pristroj-sily-m3-025e/?videos=1>

#### Obsah balení

Transportní pouzdro  
 dlátko  
 kužel  
 drážka V  
 háček  
 ploška  
 prodlužovací tyč  
 univerzální adaptér střídavého napětí  
 baterie  
 návod pro rychlý start  
 kabel USB  
 jednotka CD (ovladač USB, software MESUR Lite, demoverze softwaru MESURgauge, a návod k použití)  
 kalibrační certifikát NIST bez dat (certifikát s daty lze doobjednat za příplatek).

#### Technická data

Název parametru	Hodnota
Typ zkušebního přístroje	měření síly
Vzorkovací kmitočet	2000 Hz
Přesnost	± 0.3 %
Výstupy	USB
Kapacita silových přístrojů	1.0 N

Rozlišení	0.001 N
Jednotky měření	lbF, gF, N
Rozměry	64.3 x 99.1 x 38.1 mm
Hmotnost	0.33 kg